

ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР XXV - СОФИЯ ЕООД

гр. София 1712, ж.к. "Младост" III, бул. Свето Преображение" № 20, тел. 976 75 01, fax: 875 00 52, email : dkc25@abv.bg .

ПРОТОКОЛ

№ 1

от дейността на комисия, назначена със Заповед № 20/19.05.2020г.
на Управителя на -ДКЦ XXV - София." ЕООД

На 19.05.2020 година

Комисия в състав:

Председател: Д-р Мария Стефанова Стефанова – лекар -клинична лаборатория
„ДКЦ XXV - София” ЕООД

Членове:

1. Д-р Антоанета Иванова Димитрова - лекар -клинична лаборатория „ДКЦ XXV - София” ЕООД
2. Лаб. Елена Иванова Букарева – клиничен лаборант „ДКЦ XXV - София” ЕООД
3. Адв. Юлия Милетиева Сапунджиева -юрис
4. Красимира Иванова Василева – счетоводител „ДКЦ XXV - София” ЕООД

В 14.00 часа се събра да извърши подбор на участниците, разгледа, оцени и класира постъпилите предложения за участие в обществена поръчка –публично състезание с предмет: “Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Клинична лаборатория при „ДКЦ XXV - София” ЕООД по обособени позиции от № 1 до № 15”, открита с Решение № 2/ 30.03.2020г., вписано в АОП под индивидуален номер 969794/31.03.2020г. и Обявление за обществена поръчка, вписано в АОП с индивидуален номер 969796/31.03.2020г.

На отварянето на офертите не се явиха участници в процедурата или техни упълномощени представители.

След прочитане на списъка с участниците всеки от членовете на комисията подписа декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП във вр. с чл.51, ал. 8 и ал. 13 от ППЗОП.

Комисията започна отварянето на офертите по реда на тяхното постъпване, като оповести съдържанието им и провери за наличие на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, както следва:

1. **Оферта № 696 / 22.04.2020г.,** получена на **22.04.2020г. в 15,46 часа.** от **„ХИМТЕКС ” ООД,** ЕИК 836149057 , със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград 6400 УЛ. "БУЗЛУДЖА" No 33, представлявано от **ДАНИЕЛА МЕТОДИЕВА ВЕЛИНОВА,** кандидатстващ за обособени позиции № 10, № 11 и № 15.
2. **Оферта № 710/ 29.04.2020г.,** получена на **29.04.2020г. в 15.17 часа,** от **„ЕЛПАК ЛИЗИНГ” ЕООД,** ЕИК 200872196, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9002, ул. „Д-р Иван Богоров“ № 12 , представлявано от **ПЛАМЕН АНТОНОВ КАЛАЙДЖИЕВ,** кандидатстващ за обособени позиции №10 и № 15.
3. **Оферта № 713 /30.04.2020 г.,** получена на **30.04.2020г. в 9,17 часа ,** от **„МЕДИЛАБ ” ООД,** ЕИК 131443308, със седалище и адрес на управление: гр. София 1404, ул.СИЛИВРИЯ 44-46, вх. Б, ап. 1 , представлявано от **ИВАН ДОБРЕВ НИКОЛОВ и СВЕТЛА МИЛКОВА ЧИЛИНГИРОВА,** кандидатстващ за обособени позиции № 7 и № 8.
4. **Оферта № 720/ 04.05.2020г.,** получена на **04.05.2020г. в 10,00 часа,** **„МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД”,** ЕИК 831641528, със седалище и адрес на управление: гр. София 1750, ул.“ Димитър Моллов“ бл.28Б , представлявано от **ЙОНКА ХРИСТОВА ГЕТОВА-ХРИСТАНОВА,** кандидатстващ за обособени позиции- № 10, №11 и №15.
5. **Оферта № 730/ 08.05.2020г.,** получена на **08.05.2020г. в 14,23 часа,** от **„БИЛМЕД” ЕООД,** ЕИК 200362439, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9000, ул. ПОЛК. СВЕЩАРОВ No 10, ет. 3, ап. 4, представлявано **БЕЛГИН АЛАЙДИН МУРАД,** кандидатстващ за обособена позиция № 10.
6. **Оферта № 746/ 15.05.2020г.,** получена на **15.05.2020г. в 14,00 часа,** **„ЛАБДИАГНОСТИКА” ООД,** ЕИК 831308324, със седалище и адрес на управление: гр.София,1612, ж.к. Лагера, бул. Цар Борис III No 54, бл. 39, вх. 1, ет. 1, ап. 1, представлявано от **КОСТАДИН ЛАМБРЕВ ГАНЧЕВ,** кандидатстващ за обособена позиция -№ 10.
7. **Оферта № 749/ 18.05.2020 г.,** получена на **18.05.2020г. в 10,45 часа.** от **„ДИАМЕД ” ООД,** ЕИК 121062052 , със седалище и адрес на управление: гр.. София 1113 Жолио Кюри No 48, представлявано от **ДИМИТЪР МАРИНОВ МАРИНЧЕВ и МАРИО ТРЪПКОВ ТАНЕВ,** кандидатстващ за обособена позиция № 10.
8. **Оферта № 750/ 18.05.2020г.** получена на **18.05.2020г. в 14,15 часа** от **„ТОП ДИАГНОСТИКА“ ООД,** ЕИК 130284625, със седалище и адрес на управление: гр. София 1408, район Триадица, бул. Витоша № 188, ет. 2, ап. 5, представлявано от **Любомир Стефанов Момчилов – управител,** кандидатстващо за обособени позиции № 2, № 6, № 12, № 13 и № 14.
9. **Оферта № 751/18.05.2020г.** получена на **18.05.2020г. в 14,45 часа,** от **„ПЕРФЕКТ МЕДИКА“ ООД,** ЕИК 833101609, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора 6000, ул.“Новозагорско шосе” бл. 1, п.к. 441, представлявано от **Александър**

Стефанов Недялков - управител, кандидатстващо за обособени позиции № 1, № 4 и № 9.

Комисията констатира, че всички получени оферти съдържат отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“. При отварянето на офертите членовете на комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис: „Предлагани ценови параметри“ от всяка оферта .

С това действие приключи публичната част от заседанието на комисията и същата реши да продължи работата си в закрито заседание, което бе насрочено за 01.07.2020 г. от 10.00 ч.

На 03.08.2020г.,Комисията продължи работата по преглеждане на документите от офертите на участниците за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и констатира следното:

1. Относно участник „ХИМТЕКС „ООД ,кандидатстващ за обособена позиция №10, №11 и № 15

Участникът е представил всички необходими документи в съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор поставени от възложителя.

По отношение съответствието на реактивите и консумативите по горопосочените позиции с изискванията на възложителя комисията констатира следното:

От приложения към офертата каталог се установява,че:

- по позиция по 10.4 „Вакуумни епруветки коагулация С НАТРИЕВ ЦИТРАТ, пластмасови епруветки 1.8 -3 мл , 13 X 75 мм с маркер за количеството кръв, двустенни, с пълно изпълване (без остатъчен обем въздух)” , предложените от участника продукти не отговарят на изискванията на възложителя обявени в Техническата спецификация.Епруветките не са двустенни и не е предвидено пълно изпълване без остатъчен обем въздух.Изпълването им на около 50%.
- По позиция 11.3.”Вакуумни епруветки за СУЕ от 1.6 мл. до. 2.7 мл с отчитане до 30 мин.” предложените от участника продукти не отговарят на изискванията на възложителя обявени в Техническата спецификация.Удебелената част на епруветките не съответства на пластмасовия държател тип холдер,по позиция 10.10.
- По позиция15.8 „Пластмасови епруветки, конични, 100x16мм.” Предложените от кандидата епруветки не са конични.

2. Относно участник „ЕЛПАК ЛИЗИНГ”ЕООД,кандидатстващ за обособена позиция №10 и №15

Участникът е представил всички необходими документи в съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

По отношение съответствието на реактивите и консумативите по горопосочените позиции с изискванията на възложителя комисията констатира следното:

Към офертата няма приложен каталог на предлаганите продукти.

3. Относно участник „МЕДИЛАБ ” ООД, кандидатстващ за обособени позиции № 7 и № 8.

Участникът е представил всички необходими документи в съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

4. Относно участник „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ ООД”, кандидатстващ за обособена позиция № 10, №11 и № 15.

Участникът е представил всички необходими документи в съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

5. Относно участник „БИЛМЕД „ ЕООД, кандидатстващ за обособена позиция № 10.

Участникът е представил всички необходими документи в съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

По отношение съответствието на реактивите и консумативите по горопосочената позиция с изискванията на възложителя комисията констатира следното:

От приложения към офертата каталог се установява, че:

-по позиция по 10.4 „Вакуумни епруветки коагулация С НАТРИЕВ ЦИТРАТ, пластмасови епруветки 1.8 -3 мл , 13 X 75 мм с маркер за количеството кръв, двустенни, с пълно изпълване (без остатъчен обем въздух)”, предложените от участника продукти не отговарят на изискванията на възложителя обявени в Техническата спецификация.Предложените вакуумни епруветки не дават възможност за пълно изпълване,без остатъчен обем въздух.

6. Относно участник „ЛАБДИАГНОСТИКА” ООД, кандидатстващ за обособена позиция № 10.

Участникът е представил всички необходими документи в съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

По отношение съответствието на реактивите и консумативите по горопосочените позиции с изискванията на възложителя комисията констатира следното:

От приложения към офертата каталог се установява, че:

-по позиция по 10.4 „Вакуумни епруветки коагулация С НАТРИЕВ ЦИТРАТ, пластмасови епруветки 1.8 -3 мл , 13 X 75 мм с маркер за количеството кръв, двустенни, с пълно изпълване (без остатъчен обем въздух)”, предложените от участника продукти не отговарят на изискванията на възложителя обявени в Техническата спецификация.Епруветките не дават възможност за пълно изпълване без остатъчен обем въздух.

- 7.Относно участник „ДИАМЕД“ ООД , кандидатстващ за обособена позиция № 10

Участникът е представил всички необходими документи в съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

7. Относно участник „ТОП ДИАГНОСТИКА”ООД , кандидатстващ за обособени позиции №2, № 6, № 12, № 13 и № 14

Участникът е представил всички необходими документи в съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

8. Относно участник „ПЕРФЕКТ МЕДИКА”ООД ,кандидатстващ за обособена позиция №1,№4 и № 9 .

Участникът е представил всички необходими документи в съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя.

С оглед констатациите в настоящия протокол и на основание 107,т.1 от ЗОП, комисията

РЕШИ:

Предлага на възложителя да отстрани от участие в процедурата следните участници:

1. „ХИМТЕКС „ООД ,кандидатстващ за обособена позиция №10, №11 и № 15

Мотиви: Участника не е изпълнил условието посочено в т.6.2 от документацията, а именно оферираниите лабораторни реактиви и консумативи да отговарят напълно на техническата спецификация. Епруветките по позиция 10.4 не са двустенни и не е предвидено пълно изпълване без остатъчен обем въздух. Удебелената част на епруветките по позиция 11.3 не съответства на пластмасовия държател тип холдер, по позиция 10.10. Епруветките по позиция 15.8 не са конични.

2. „ЕЛПАК ЛИЗИНГ”ЕООД,кандидатстващ за обособена позиция №10 и №15

Мотиви: Участника не е изпълнил условието посочено в т.6.6 от документацията, а именно да представи за оферираниите медицински изделия за всички обособени позиции, за които участва фирмени каталози. В случая „ЕЛПАК ЛИЗИНГ”ЕООД не е представил каталог към офертата си.

3. БИЛМЕД „, ЕООД, кандидатстващ за обособена позиция № 10.

Мотиви: Участника не е изпълнил условието посочено в т.6.2 от документацията, а именно оферираниите лабораторни реактиви и консумативи да отговарят напълно на техническата спецификация. Предложените от

участника продукти по позиция 10.4 не дават възможност за пълно изпълване, без остатъчен обем въздух.

4.ЛАБДИАГНОСТИКА” ООД, кандидатстващ за обособена позиция № 10.

Мотиви: Участника не е изпълнил условието посочено в т.6.2 от документацията, а именно оферираниите лабораторни реактиви и консумативи да отговарят напълно на техническата спецификация. Предложените от участника продукти по позиция 10.4 не дават възможност за пълно изпълване, без остатъчен обем въздух.

Допуска до следващ етап от процедурата всички останали участници.

След приключване на заседанието на комисията

Р Е Ш И:

1. Насрочва дата за отваряне на ценовите оферти за 07.08.2020г. в 10,00 часа. На днешна дата да се публикува съобщение на профила на купувача.

Комисията приключи своята работа в 15.00 часа.

Настоящият протокол е съставен на 03.08.2020г.

КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.....

2.

3.....

4.....